

Karpacz 13.10.2011 r.

RL.271.182.2011

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 12.10.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail) z dnia 12.10.2011 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 324922-2011 z dnia 07.10.2011 roku, na dostawę 2 fabrycznie nowych urządzeń do mechanicznego uciskania klatki piersiowej:

„Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 2 fabrycznie nowych urządzeń do mechanicznego ucisku klatki piersiowej

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje wprost i wyłącznie na urządzenie firmy uniemożliwiając tym samym zaoferowanie urządzeń konkurencyjnych i uczciwą konkurencję, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń firmy parametrach zgodnych z załączoną broszurą, spełniających wymogi obowiązujących wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji. Nadmieniamy jednocześnie, że urządzenie przewyższa pod wieloma względami urządzenie przy znacznie korzystniejszej cenie”.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY:

Ad. 1)

Przedmiotem zamówienia opisanego w SIWZ jest dostawa urządzenia, które przede wszystkim swoimi gabarytami będzie mieścić się we wszystkich środkach ewakuacji wykorzystywanych w Grupie Regionalnej GOPR Grupie Karkonoskiej. Wszystkie środki ewakuacji są wyposażone w materace i śpiwory które szczelnie muszą okrywać pacjenta, muszą być zapięte i zabezpieczone wraz z uszkodzonym tak aby zapewnić komfort ciepły podczas transportu. Urządzenie musi być dostosowane do transportu w ciężkich warunkach górskich: podczas przenoszenia pacjenta w terenie o dużym nachyleniu oraz ewakuacji uszkodzonego w wąskich i ciasnych jaskiniach.

Ze względu na powyższe Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.